

CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO

propedeutica all'indizione di una procedura di gara per l'affidamento della fornitura di **n. 1 POLIGRAFO** per la Sala Ibrida dell'Ospedale Bolognini di Seriate.

L'ASST ai sensi dell'art. n.77 del D. L.gs. 36/2023, informa gli Operatori Economici interessati che, mediante la presente Consultazione di Mercato intende procedere all'affidamento della fornitura di **n. 1 POLIGRAFO** per la Sala Ibrida dell'Ospedale Bolognini di Seriate.

1. CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

Le apparecchiature fornite dovranno essere nuove, di ultima generazione, dotate di tutti gli accessori, i raccordi ed i collegamenti necessari per il perfetto funzionamento di tutte le componenti del sistema. In caso di assenza dovranno essere forniti a titolo gratuito.

La ditta dovrà garantire la fornitura di tutte le parti di ricambio e di consumo necessarie alla manutenzione e all'utilizzo dell'apparecchio, nonché la fornitura di eventuali aggiornamenti, per almeno **10 anni** a decorrere dalla data di collaudo.

Si descrivono di seguito le caratteristiche tecniche richieste.

Caratteristiche tecniche poligrafo per studi emodinamici:

- Consolle di comando con n. 2 Display da 24";
- Modulo multiparametrico per l'acquisizione dei seguenti segnali:
 - Tracciato ECG di superficie a 12 derivazioni con analisi del tratto ST;
 - Respiro;
 - SpO2;
 - 4 canali di pressione invasiva;
 - Pressione non invasiva;
 - Gittata cardiaca;
 - Temperatura;

- Sistema modulare che consenta eventuale successiva integrazione del modulo per procedure di elettrofisiologia;
- Connessione a Large display di sala BARCO Mod CV56DS;
- Comunicazione bidirezionale con angiografo PHILIPS MEDICAL SYSTEMS Mod. AZURION 7 M20 in Dicom;
- Licenze Dicom per gestione Worklist, invio ed archiviazione;
- Esportazioni dati in HL7;
- Il software deve garantire la memorizzazione di tutte le tracce acquisite per l'intera durata dell'esame e consentire la post-analisi sui tracciati acquisiti on scelta dei punti di analisi;
- Preferibilmente in grado di archiviare gli esami sull'INW Server già in uso presso la ASST per l'archiviazione a lungo termine, la gestione e la consultazione degli esami eseguiti;
- Stampante laser;
- Installazione compatta ed ergonomica comprensiva di supporti/agganci per alloggiamento su pensili di sala (barra normalizzata/asta);
- Installazione senza necessità di cablaggi in sala (disponibile n.1 punto rete);

2. REQUISITI E MODALITÀ PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

2.1. REQUISITI DI ORDINE GENERALE

Non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dagli artt. 94 e succ. del D. Lgs. n.36/2023, pena l'esclusione.

2.2 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Sono ammessi a partecipare gli operatori economici di cui all'articolo 1, lettera I), dell'[allegato I.1](#), costituiti conformemente alla legislazione vigente, essere iscritti alla C.C.I.A.A. o all'albo delle imprese artigiane, per attività inerenti l'oggetto dell'appalto.

2.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI

Essere in possesso delle risorse umane, tecniche e dell'esperienza necessaria per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità.

Gli operatori economici interessati alla procedura in parola, in possesso dei requisiti sopra indicati, sono invitati ad inoltrare, **entro e non oltre il giorno 22.12.2025 alle ore 12:00**, una Dichiarazione di interesse alla fornitura tramite la Piattaforma Sintel.

3. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

La fornitura sarà affidata mediante offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 – comma 2 – del D.Lgs n. 36/2023.

4. MODALITÀ DI SCELTA DEI CONTRAENTI

Trattasi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo espletamento di procedura negoziata, a cui l'ASST Bergamo Est ammetterà i soggetti in possesso dei requisiti richiesti, nel rispetto dei principi di non discriminazione, trasparenza, libera concorrenza, parità di trattamento e proporzionalità ai sensi del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.

5. MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE.

L'ASST ammetterà alla fase di procedura negoziata tutti gli operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti, che avranno interesse a partecipare e avranno trasmesso regolare manifestazione di interesse con le modalità descritte nel presente avviso.

7. AVVERTENZE

Si precisa che il presente avviso non pone in essere nessuna procedura di gara. La consultazione del mercato ha scopo puramente conoscitivo e finalizzato all'accertamento della presenza di operatori economici in grado di effettuare la fornitura di cui sopra.

Le manifestazioni di interesse formulate da soggetti non in possesso dei requisiti necessari non saranno prese in considerazione.

I dati personali saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n.196/2003 e al solo fine amministrativo. Nel formulare la propria manifestazione di interesse si dovrà dichiarare di essere a conoscenza e di accettare le modalità di trattamento, raccolta e comunicazione di cui sopra.

Sistema Socio Sanitario



Seriate, 25.07.2025.

IL DIRETTORE DELLA S.C.
GESTIONE ACQUISTI E LOGISTICA
(Dr. Felice Petrella)

E-Mail: provveditorato.gare@asst-bergamoest.it Telefono: 035-3063816

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI BERGAMO EST

SEDE LEGALE: Via Paderno, 21 - 24068 Seriate (BG) Tel. 035.3061.1 Fax 035.3063715 www.asst-bergamoest.it
P.IVA/C.F. 04114380167