Sistema Socio Sanitario

Regione Lombardia ASST Bergamo Est

CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO

propedeutica all'indizione di una procedura di gara per l'affidamento della fornitura di n.

5 cardiotocografi da destinare alla SC Ginecologia e Ostetricia dell'Ospedale di

Seriate.

L'ASST ai sensi dell'art. n.77 del D. L.gs. 36/2023, informa gli Operatori Economici

interessati che, mediante la presente Consultazione di Mercato intende procedere

all'affidamento della fornitura di n. 5 cardiotocografi da destinare alla SC Ginecologia

e Ostetricia dell'Ospedale di Seriate.

1. CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

Le apparecchiature fornite dovranno essere nuove, di ultima generazione, dotate di

tutti gli accessori, i raccordi ed i collegamenti necessari per il perfetto funzionamento di

tutte le componenti del sistema. In caso di assenza dovranno essere forniti a titolo

gratuito.

La ditta dovrà garantire la fornitura di tutte le parti di ricambio e di consumo necessarie

alla manutenzione e all'utilizzo dell'apparecchio, nonché la fornitura di eventuali

aggiornamenti, per almeno **10 anni** a decorrere dalla data di collaudo.

Il sistema dovrà rispondere ai requisiti stabiliti dalle norme legislative e regolamenti

vigenti, in particolare dovrà essere conforme al RDM 2017/745 e completo di eventuale

Certificato dell'Organismo Notificato.

Si descrivono di seguito le caratteristiche tecniche richiesta.

N.5 CARDIOTOCOGRAFI

Sistemi per la rilevazione di parametri materni e fetali;

• Interfaccia operatore facile ed intuitiva, dotata di pannello di controllo con ampio

display per l'impostazione e la visualizzazione dei parametri e dei tracciati;

I sistemi dovranno rilevare i seguenti parametri materni:

o Frequenza cardiaca

Saturimetria



- Pressione non invasiva
- I sistemi dovranno rilevare i seguenti parametri fetali:
 - o scalpo fetale;
 - o battito cardiaco singolo e gemellare
 - tracciato TOCO
- Dotati di software per l'analisi ante parto
- Possibilità di inserire note di eventi salienti
- Configurazione richiesta:
 - N.3 cardiotocografi completi dei seguenti moduli:
 - n.1 trasduttore TOCO
 - o n.1 trasduttori ad ultrasuoni per la rilevazione del bcf
 - o n.1 trasduttore a scalpo
 - o n.1 sensore per saturimetria materna
 - o n.2 bracciali NIBP (misura adulti e obeso)
 - o n.1 pulsante marca eventi
 - N.2 cardiotocografi gemellari completi dei seguenti moduli:
 - n.1 trasduttore TOCO
 - o n.2 trasduttori ad ultrasuoni per la rilevazione del bcf
 - n.1 trasduttore a scalpo
 - o n.1 sensore per saturimetria materna
 - o n. .2 bracciali NIBP (misura adulti e obeso)
 - o n.1 pulsante marca eventi
- In grado di stampare i tracciati e gli eventi salienti;
- I sistemi dovranno garantire ergonomia d'uso, minimo ingombro, facilità per le operazioni di pulizia e sanificazione di tutte le parti;
- Dotati di batteria (specificare durata in ore);
- Alloggiati su carrello dedicato con cassetto e/o vano porta oggetti

N.2 TELEMETRIE

- N.1 telemetria completa dei seguenti moduli:
 - n.1 trasduttore TOCO
 - o n.1 trasduttori ad ultrasuoni per la rilevazione del bcf
 - o n.1 trasduttore a scalpo

Sistema Socio Sanitario

Regione Lombardia ASST Bergamo Est

- N.1 telemetria completa dei seguenti moduli:
 - n.1 trasduttore TOCO
 - o n.1 trasduttori ad ultrasuoni per la rilevazione del bcf
- Trasduttori wireless subacquei (almeno IPX8)

N.1 RILEVATORE BATTITO CARDIACO FETALE

Sonda portatile ad ultrasuoni subacquea (2Mhz) a batterie
Lettore palmare con display

2. REQUISITI E MODALITÀ PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

2.1. REQUISITI DI ORDINE GENERALE

Non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dagli artt. 94 e succ. del D. Lgs. n.36/2023, pena l'esclusione.

2.2 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Sono ammessi a partecipare gli operatori economici di cui all'articolo 1, lettera I), dell'allegato I.1, costituiti conformemente alla legislazione vigente, essere iscritti alla C.C.I.A.A. o all'albo delle imprese artigiane, per attività inerenti l'oggetto dell'appalto.

2.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI

Essere in possesso delle risorse umane, tecniche e dell'esperienza necessaria per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità.

Gli operatori economici interessati alla procedura in parola, in possesso dei requisiti sopra indicati, sono invitati ad inoltrare, entro e non oltre il giorno 11.11.2025 alle ore 12:00, una Dichiarazione di interesse alla fornitura tramite la Piattaforma Sintel.

3. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

La fornitura sarà affidata mediante offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 – comma 2 – del D.Lgs n. 36/2023.

4. MODALITÀ DI SCELTA DEI CONTRAENTI

Sistema Socio Sanitario

Regione Lombardia

ASST Bergamo Est

Trattasi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo

espletamento di procedura negoziata, a cui l'ASST Bergamo Est ammetterà i soggetti

in possesso dei requisiti richiesti, nel rispetto dei principi di non discriminazione,

trasparenza, libera concorrenza, parità di trattamento e proporzionalità ai sensi del D.

Lgs. 36/2023 e s.m.i.

5. MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE.

L'ASST ammetterà alla fase di procedura negoziata tutti gli operatori economici, in

possesso dei requisiti richiesti, che avranno interesse a partecipare e avranno

trasmesso regolare manifestazione di interesse con le modalità descritte nel presente

avviso.

7. AVVERTENZE

Si precisa che il presente avviso non pone in essere nessuna procedura di gara. La

consultazione del mercato ha scopo puramente conoscitivo e finalizzato

all'accertamento della presenza di operatori economici in grado di effettuare la fornitura

di cui sopra.

Le manifestazioni di interesse formulate da soggetti non in possesso dei requisiti

necessari non saranno prese in considerazione.

I dati personali saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n.196/2003 e

al solo fine amministrativo. Nel formulare la propria manifestazione di interesse si

dovrà dichiarare di essere a conoscenza e di accettare le modalità di trattamento,

raccolta e comunicazione di cui sopra.

Seriate, 04.11.2025.

IL DIRETTORE DELLA S.C GESTIONE ACQUISTI E LOGISTICA

(Dr. Felice Petrella)