



CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO

propedeutica all'indizione di una procedura di gara per l'affidamento della fornitura di **n. 5 monitor defibrillatori** per il Presidio Ospedaliero di Seriate.

L'ASST ai sensi dell'art. n.77 del D. L.gs. 36/2023, informa gli Operatori Economici interessati che, mediante la presente Consultazione di Mercato intende procedere all'affidamento della fornitura di **n. 5 monitor defibrillatori** per il Presidio Ospedaliero di Seriate.

1. CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

Le apparecchiature fornite dovranno essere nuove, di ultima generazione, dotate di tutti gli accessori, i raccordi ed i collegamenti necessari per il perfetto funzionamento di tutte le componenti del sistema. In caso di assenza dovranno essere forniti a titolo gratuito.

La ditta dovrà garantire la fornitura di tutte le parti di ricambio e di consumo necessarie alla manutenzione e all'utilizzo dell'apparecchio, nonché la fornitura di eventuali aggiornamenti, per almeno **10 anni** a decorrere dalla data di collaudo.

Si elencano di seguito le caratteristiche richieste:

- Defibrillatore bifasico
- Dispositivo utilizzabile sia su paziente adulto che pediatrico;
- Dotato di display a colori di almeno 8";
- Compatto e leggero (peso inferiore a 6,5 kg);
- Defibrillazione manuale e semiautomatica;
- Utilizzo sia a batteria ricaricabile che a rete, con visualizzazione livello di carica della batteria;
- Indicazioni vocali e/o visive a supporto;
- Range di energia impostabile per scarica: 1-200 J;
- Tempi di carica per defibrillazione inferiori a 10 secondi, sia a batteria che a rete;



- Cardioversione sincronizzata;
- Pacemaker per la stimolazione esterna transcutanea;
- Test automatico di corretto funzionamento e ricerca guasti;
- Monitoraggio parametri:
 - ECG 12 derivazioni;
 - SpO2;
 - NIBP;
 - IBP;
 - EtCO2
- Allarmi visivi e sonori per ogni parametro controllato;
- Possibilità di memorizzare e stampare trend dei parametri monitorati e degli eventi;
- Stampante di tracciati integrata;
- Possibilità di interfacciamento con la cartella clinica informatizzata

Accessori richiesti nella configurazione d'offerta per ogni defibrillatore:

- N.1 Sensore pluriuso SPO2;
- N. 1 Cavo ECG 12 derivazioni;
- N. 5 coppie di piastre non rigide;
- Cavo per piastre mono paziente con carico di prova;
- N. 1 Bracciale NIBP riutilizzabile;
- N. 2 rotoli carta

Le apparecchiature offerte non devono richiedere materiale di consumo dedicato esclusivo.

Inoltre, il produttore deve essere in possesso delle seguenti certificazioni:

- ISO 13485:2016 Sistema di Gestione Qualità per Dispositivi Medici
- EN ISO 14971 Medical devices — Application of risk management to medical devices
- CEI EN 62366 Medical devices Application of usability engineering to medical devices



2. REQUISITI E MODALITÀ PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

2.1. REQUISITI DI ORDINE GENERALE

Non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dagli artt. 94 e succ. del D. Lgs. n.36/2023, pena l'esclusione.

2.2 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Sono ammessi a partecipare gli operatori economici di cui all'articolo 1, lettera l), dell'[allegato I.1](#), costituiti conformemente alla legislazione vigente, essere iscritti alla C.C.I.A.A. o all'albo delle imprese artigiane, per attività inerenti l'oggetto dell'appalto.

2.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI

Essere in possesso delle risorse umane, tecniche e dell'esperienza necessaria per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità.

Gli operatori economici interessati alla procedura in parola, in possesso dei requisiti sopra indicati, sono invitati ad inoltrare, **entro e non oltre il giorno 18.06.2025 alle ore 16:00**, una Dichiarazione di interesse alla fornitura tramite la Piattaforma Sintel.

3. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

La fornitura sarà affidata mediante offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 – comma 2 – del D.Lgs n. 36/2023.

4. MODALITÀ DI SCELTA DEI CONTRAENTI

Trattasi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo espletamento di procedura negoziata, a cui l'ASST Bergamo Est ammetterà i soggetti in possesso dei requisiti richiesti, nel rispetto dei principi di non discriminazione, trasparenza, libera concorrenza, parità di trattamento e proporzionalità ai sensi del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.

5. MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE.

L'ASST ammetterà alla fase di procedura negoziata tutti gli operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti, che avranno interesse a partecipare e avranno



trasmissione regolare manifestazione di interesse con le modalità descritte nel presente avviso.

7. AVVERTENZE

Si precisa che il presente avviso non pone in essere nessuna procedura di gara. La consultazione del mercato ha scopo puramente conoscitivo e finalizzato all'accertamento della presenza di operatori economici in grado di effettuare la fornitura di cui sopra.

Le manifestazioni di interesse formulate da soggetti non in possesso dei requisiti necessari non saranno prese in considerazione.

I dati personali saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n.196/2003 e al solo fine amministrativo. Nel formulare la propria manifestazione di interesse si dovrà dichiarare di essere a conoscenza e di accettare le modalità di trattamento, raccolta e comunicazione di cui sopra.

Seriate, 11.06.2025.

IL DIRETTORE DELLA S.C
GESTIONE ACQUISTI E LOGISTICA
(Dr. Felice Petrella)