

CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO

propedeutica all'indizione di una procedura di gara per l'affidamento della fornitura di **n. 1 TOMOGRAFO A CORENZA OTTICA** per la SC Oculistica del PO di Seriate.

L'ASST ai sensi dell'art. n.77 del D. L.gs. 36/2023, informa gli Operatori Economici interessati che, mediante la presente Consultazione di Mercato intende procedere all'affidamento della fornitura di **n. 1 TOMOGRAFO A CORENZA OTTICA** per la SC Oculistica del PO di Seriate.

1. CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

Le apparecchiature fornite dovranno essere nuove, di ultima generazione, dotate di tutti gli accessori, i raccordi ed i collegamenti necessari per il perfetto funzionamento di tutte le componenti del sistema. In caso di assenza dovranno essere forniti a titolo gratuito.

La ditta dovrà garantire la fornitura di tutte le parti di ricambio e di consumo necessarie alla manutenzione e all'utilizzo dell'apparecchio, nonché la fornitura di eventuali aggiornamenti, per almeno **10 anni** a decorrere dalla data di collaudo.

Si descrivono di seguito le caratteristiche tecniche richieste.

L'apparecchiatura deve consentire l'esecuzione dei seguenti studi:

- Esecuzione di tomografia ed analisi ad alta definizione della retina con tecnologia Spectral Domain;
- Moduli dedicati per:
 - Analisi delle strutture retiniche interne, esterne, di interfaccia vitreo-retinica, del vitreo e dei fotorecettori retinici
 - Analisi della testa del nervo ottico
 - Analisi del glaucoma
 - Analisi delle strutture del segmento anteriore e dell'angolo irido corneale
 - Analisi del bordo della rima del nervo ottico
 - Analisi di più strati di fibre nervose retiniche;

E-Mail: provveditorato.gare@asst-bergamoest.it Telefono: 035-3063816

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI BERGAMO EST

SEDE LEGALE: Via Paderno, 21 - 24068 Seriate (BG) Tel. 035.3061.1 Fax 035.3063715 www.asst-bergamoest.it
P.IVA/C.F. 04114380167

- Immagini della coroide;
- Analisi delle cellule ganglionari;
- Acquisizione live del fondo oculare;
- Acquisizione di immagini angio-tomografiche corio-retiniche (OCT-A)

L'apparecchiatura deve avere le seguenti caratteristiche:

- Velocità di scansione almeno 70.000 A-scan/sec;
- Risoluzione assiale: inferiore a 6 μ ;
- Acquisizione di immagini retinografiche e tomografiche con un'ampiezza di almeno 50°;
- Sistema di riposizionamento automatico nella stessa posizione dell'immagine di riferimento
- Sistema di riduzione degli artefatti da movimento tramite allineamento e tracking attivo per la fase di acquisizione;
- Dimensioni minime della pupilla richieste per tomografia non superiore a 3 mm;
- Elaborazione per la riduzione del rumore di fondo;
- Dispositivo dotato di retinografia all'infrarosso con tecnologia a Scansione Laser, preferibilmente confocale
- Preferibilmente con funzione di tilting della testa ottica orizzontale e verticale;
- Software dedicato con interfaccia semplice e intuitiva;
- Esportazione almeno in formato DICOM e PDF delle immagini acquisite;
- Completo di
 - Tavolo elettrico dedicato ad altezza variabile per oculistica;
 - PC con sistema operativo Windows 11 Professional;
 - Monitor dedicato da almeno 19";
 - Stampante laser a colori completa di un set aggiuntivo di cartucce (nero+colori);
 - Archiviazione non inferiore ad 8Tb;

La fornitura non deve richiedere materiale di consumo dedicato esclusivo.

2. REQUISITI E MODALITÀ PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

2.1. REQUISITI DI ORDINE GENERALE

Non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dagli artt. 94 e succ. del D. Lgs. n.36/2023, pena l'esclusione.

2.2 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Sono ammessi a partecipare gli operatori economici di cui all'articolo 1, lettera I), dell'[allegato I.1](#), costituiti conformemente alla legislazione vigente, essere iscritti alla C.C.I.A.A. o all'albo delle imprese artigiane, per attività inerenti l'oggetto dell'appalto.

2.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI

Essere in possesso delle risorse umane, tecniche e dell'esperienza necessaria per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità.

Gli operatori economici interessati alla procedura in parola, in possesso dei requisiti sopra indicati, sono invitati ad inoltrare, **entro e non oltre il giorno 31.12.2025 alle ore 12:00**, una Dichiarazione di interesse alla fornitura tramite la Piattaforma Sintel.

3. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

La fornitura sarà affidata mediante offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 – comma 2 – del D.Lgs n. 36/2023.

4. MODALITÀ DI SCELTA DEI CONTRAENTI

Trattasi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo espletamento di procedura negoziata, a cui l'ASST Bergamo Est ammetterà i soggetti in possesso dei requisiti richiesti, nel rispetto dei principi di non discriminazione, trasparenza, libera concorrenza, parità di trattamento e proporzionalità ai sensi del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.

5. MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE.

L'ASST ammetterà alla fase di procedura negoziata tutti gli operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti, che avranno interesse a partecipare e avranno

trasmesso regolare manifestazione di interesse con le modalità descritte nel presente avviso.

7. AVVERTENZE

Si precisa che il presente avviso non pone in essere nessuna procedura di gara. La consultazione del mercato ha scopo puramente conoscitivo e finalizzato all'accertamento della presenza di operatori economici in grado di effettuare la fornitura di cui sopra.

Le manifestazioni di interesse formulate da soggetti non in possesso dei requisiti necessari non saranno prese in considerazione.

I dati personali saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n.196/2003 e al solo fine amministrativo. Nel formulare la propria manifestazione di interesse si dovrà dichiarare di essere a conoscenza e di accettare le modalità di trattamento, raccolta e comunicazione di cui sopra.

Seriate, 17.12.2025.

**IL DIRETTORE DELLA S.C.
GESTIONE ACQUISTI E LOGISTICA
(Dr. Felice Petrella)**